

FKT-390G BASIC AŞI ve İLAÇ SAKLAMA DOLABI TEKNİK ŞARTNAME

- 1- Cihaz 220 V / 50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmalıdır.
- 2- Cihazın iç hücresi yapısı kolay temizlenebilir ABS malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- 3- Cihazın dış gövdesi galvanize çelik üzeri elektrostatik toz boyalı olmalıdır.
- 4- Cihaz, dijital sıcaklık kontrol cihazına sahip olmalı ve kontrol cihazı, kullanım kolaylığı açısından üst tarafta yer almalıdır.
- 5- Cihaz, +2/+8°C çalışma aralığında istenilen sıcaklık değerlerine 0,1°C hassasiyetle ayarlanabilmelidir. Cihazın fabrikasyon set değeri +4°C olmalıdır.
- 6- Cihazın mikroişlemci tabanlı sıcaklık kontrol cihazı, kapasitif dokunmatik tuşlara sahip olmalı ve otomatik devreye giren tuş kilidine sahip olmalıdır.
- 7- Yetkisiz kişilerin servis menüsüne erişimini engelleyen üç haneli dijital şifre girişi mevcut olmalı, bu şifre kullanıcı tarafından değiştirilebilmelidir.
- 8- Cihazın alarm sistemi ; alt ve üst sıcaklık limitleri aşıldığında, kapı açık ve sıcaklık sensör arızasında sesli ve görsel olarak kullanıcıyı uyarmalıdır.
- 9- Cihazın sıcaklık sensörleri 0,5≤ ölçüm hassasiyetine sahip olmalıdır.
- 10- Cihazın dijital sıcaklık kontrol cihazına şebekeden kaynaklı düşük ya da yüksek voltaj geldiğinde hermetik kompresör beslemesi otomatik olarak kesilerek kompresörün hasar alması önlenmelidir.
- 11- Cihaza talep edilmesi durumunda opsiyonel olarak bluetooth modül takılarak sıcaklık verilerinin android tabanlı akıllı telefonlardan veya tabletlerden takip ve kayıt imkanı sunulabilmelidir.
- 12- Cihaz, soğuk ışık veren, uzun ömürlü ve enerji tasarruflu kabin içi LED aydınlatma sistemine sahip olmalı, iç aydınlatma fonksiyonu kontrol panelinden anahtarlı buton ile kontrol edilebilmelidir.
- 13- Cihaz, hücre içinde eşit ısı dağılımını sağlayan fanlı soğutma sistemine sahip olmalıdır.
- 14- Cihaz, evaporatör verimliliğini korumak için otomatik defrost fonksiyonuna sahip olmalıdır.
- 15- Hücre içerisinde 5 adet plastik kaplamalı çelik tel raf bulunmalı ve rafların yüksekliği kullanıcının isteğine göre ayarlanabilmelidir.
- 16- Cihaz, kolay temizlenebilir ve çıkarılabilir anti-bakteriyel manyetik kapı contasına sahip olmalıdır.
- 17- Cihazın kapısı açılmadan stok kontrolü yapılabilmesine imkan sağlayan alüminyum çerçeveli, ısı camlı / temperli (güvenli) kapısı olmalıdır.
- 18- Cihazın kapısı kilitlenebilir olmalıdır.
- 19- Cihaz, dıştan tutma kapı kulpuna sahip olmalıdır.
- 20- Cihaz, yaylı menteşeli, kendinden kapanır kapı fonksiyonuna sahip olmalıdır.
- 21- Cihaz, çevre dostu HCFC içermeyen, yüksek yoğunlukla enjekte edilmiş C-PENTANE poliüretan izolasyona sahip olmalıdır.
- 22- Cihaz, servis kolaylığı ve soğutma verimliliği sağlayan aşağıda konumlandırılmış soğutma grubuna sahip olmalıdır.
- 23- Cihaz, enerji tasarruflu R600a soğutucu akışkan gaz ile çalışan termal korumalı, sessiz ve titreşimsiz hermetik tip kompresöre sahip olmalıdır.
- 24- Cihaz, maksimum +35°C %65 nem ortam sıcaklığına kadar çalışabilmelidir.
- 25- Cihaz, kolay hareket kabiliyeti için tek yönlü mini tekerlek sistemine ve cihazı zemine sabitlemek için yüksekliği ayarlanabilir ön rotil ayaklara sahip olmalıdır.
- 26- Cihazın iç hacmi brüt 390, net 365 litre olmalıdır.
- 27- Cihazın dış ölçüleri, 590x620x1885 mm. ; iç ölçüleri 510x470x1575 mm olmalıdır.
- 28- Cihaz firma üretim, tasarım, işçilik ve servisten kaynaklanan montaj hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz ; 10 yıl ücretli mukabilinde servis ve yedek parça garantisine sahip olmalıdır.
- 29- Üretici firma ISO 9001 : 2015 kalite yönetim sistemi, ve TSE (HYB) Hizmet Yeterlilik belgelerine sahip olmalıdır.
- 30- Ürünün EMC TS-EN 60601-1-2 (Elektromanyetik Uyumluluk) bağışıklık ve yayılım deneyleri ve LVD 60601-1 (Düşük Voltaj Direktifi) güvenlik deneylerine ait Türkak aktedite bir kuruluştan alınmış güncel test raporları ve CE belgesi mevcut olmalıdır.