

AŐI ve İLAÇ SAKLAMA DOLABI TEKNİK ŐARTNAME

- 1- HCFC free yksek yoęunlukta enjekte edilmiŐ C-PENTANE evre dostu poliretan izolasyon duvarlarına sahip olmalıdır.
- 2- Galvanize elik sac zeri elektrostatik toz boyalı dıŐ gvde yapısına sahip olmalıdır.
- 3- Kolay temizlenebilir ABS i gvde yapısına sahip olmalıdır.
- 4- st kontrol panelinde kapasitif dokunmatik tuŐlu dijital sıcaklık kontrol cihazı mevcut olmalıdır.
- 5- Programlama ara yzne eriŐim iin kullanıcı tarafından deęiŐtirilebilir Őifreli giriŐ sistemi mevcut olmalıdır.
- 6- Dijital sıcaklık kontrol cihazının otomatik devreye giren tuŐ kilidi fonksiyonu mevcut olmalıdır.
- 7- Sıcaklık kontrol cihazının sıcaklık lm hassasiyeti 0,1°C olmalıdır.
- 8- Cihazın programlanabilir alıŐma aralıęı +2/+8°C olmalıdır.
- 9- Őebeke sisteminden dŐk veya yksek voltaj geldięinde kompresrn zarar grmemesi iin kompresr besleme ıkıŐını kesen voltaj koruma fonksiyonu mevcut olmalıdır.
- 10- DŐk ve yksek sıcaklıklarda, kapı aık ve sıcaklık sensr arızasında kullanıcıyı uyaran sesli ve grsel alarm fonksiyonları mevcut olmalıdır.
- 11- st kontrol paneli zerinde acil durumlarda 220V AC Őebeke enerjisinin kesilebilmesi iin ON-OFF anahtarlı g butonu mevcut olmalıdır.
- 12- Evaporatr verimlilięini korumak iin otomatik defrost fonksiyonu mevcut olmalıdır.
- 13- Hcre ierisinde fan destekli homojen soęutma sistemi mevcut olmalıdır.
- 14- Gvenli, ift katmanlı ısı cam mevcut olmalıdır.
- 15- Gvenlik kapı kilidi ve anahtarı mevcut olmalıdır.
- 16- Cihazın kapısında kendinden kapanır zel yaylı menteŐeli sistem mevcut olmalıdır.
- 17- Cihazın i hcresini aydınlatmak iin enerji tasarruflu LED i aydınlatma mevcut olmalı, aydınlatma kontrol kontrol panelinde yer alan bir tuŐla kontrol edilebilmelidir.
- 18- Kolay deęiŐtirilebilir ve temizlenebilir anti-bakteriyel manyetik kapı contası mevcut olmalıdır.
- 19- Hcre ierisinde 2 adet ykseklieęi ayarlanabilir plastik kaplı elik tel raf mevcut olmalıdır.
- 20- Cihazın 4 adet ykseklieęi ayarlanabilir rotol ayakları olmalıdır.
- 21- Soęutma sisteminde CFC iermeyen evre dostu, enerji tasarruflu R600a soęutucu akıŐkan gaz kullanılmıŐ olmalıdır.
- 22- Cihaza opsiyonel olarak talep edilmesi durumunda bluetooth veya Wi-Fi modl takılarak android veya İOS tabanlı akıllı telefonlardan veya tabletlerden gemiŐe dnk tablosal ve grafiksel olarak sıcaklık ve alarm kayıtları alınabilmelidir.
- 23- retici firma ISO 9001 ve ISO 13.485 kalite ynetim ve TSE HYB sertifikalarına sahip olmalıdır.
- 24- Cihazın CE sertifikası olmalıdır.
- 25- Cihazın i hacmi brt 85 litre olmalıdır.
- 26- Cihazın dıŐ lleri, 480x520x840 mm. ; i lleri 410x380x550 mm. olmalıdır.
- 27- Cihaz firma retim, tasarımı, iŐilik ve servisten kaynaklanan montaj hatalarına karŐı 2 yıl cretsiz ; 10 yıl creti mukabilinde servis ve yedek para garantisine sahip olmalıdır.